

01.06.2021

Приложение №1
к тендерной документации

Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупки по каждому лоту, условия платежа, место поставки, сроки поставки

№ лота	Международное непатентованное название изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	кол-во	цена	Сумма, выделенная для закупки	Условие платежа	Место поставки	Условие поставки	Срок поставки
Стартовый комплект расходного материала для ABI 80 Basic на год : из расчета 50 тестов в месяц										
1	Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель 945-776	Измеряемые тесты: pH, pO2, pCO2, K, Na, Ca, Cl, Hct, количество измеряемых анализов не менее 100; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней	уп	6	553 000,00	3 318 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
2	Калибровочный блок для ABI 80 Basic 944-309	Объем раствора №1 не менее 440 мл; Объем раствора №2 не менее 220 мл; Объем раствора №3 не менее 220 мл, Объем раствора №4 не менее 220 мл, длительность работы на борту прибора не менее 60 дней; температура хранения 12-25 °C; срок годности не менее 120 дней	уп	8	151 000,00	1 208 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
3	Бумага для принтера (упаковка 6 рул.) 984-077	Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABI80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм	уп	3	28 600,00	85 800,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
4	Раствор контроля качества Range+QualiCheck: уровень 1 (30 ампул) 944-053	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/rH/LUT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABI. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.	уп	2	118 000,00	236 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
5	Раствор контроля качества Range+QualiCheck: уровень 2 (30 ампул) 944-054	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/rH/LUT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABI. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – норма.	уп	2	118 000,00	236 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
6	Раствор контроля качества Range+QualiCheck: уровень 3 (30 ампул) 944-055	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/rH/LUT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABI. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – алкалоз.	уп	2	118 000,00	236 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
7	Раствор контроля качества Range+QualiCheck: уровень 4 (30 ампул) 944-056	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/rH/LUT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABI. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	уп	2	118 000,00	236 000,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	
Итого:						5 555 800,00	Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика в течении 45 дней после заявки	

Глав врач:

Главный бухгалтер

Махмудов Н.Т.

Кожамбекова Э.Ж.