

Приложение №2 к Тендерной документации.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинских изделий(далее – МИ)	Непрямой офтальмоскоп с принадлежностями			
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие не хуже:			
		1	Непрямой офтальмоскоп с принадлежностями	• Фильтры: Белый, синий, зеленый (бескрасный), диффузор. • Оголовье может подниматься с офтальмоскопом. • Тип беспроводной. • Возможность работы с узким зрачком. • Межзрачковое расстояние, мм, не менее 52-76 мм. • Рабочее расстояние, мм, не менее 450 ±50 мм • Дополнительная увеличивающая поворотная линза, не менее 1.6х. • Световые апертуры, не хуже: большая (для широкого зрачка), промежуточная (для зрачка диаметром не менее 3 мм), маленькая (для узкого зрачка). Источник света LED (светодиод). • Срок службы источника света, не менее 10 000 часов. • Глубина фокуса, мм, не менее 450 ±35мм.	1 шт.
		2	Шлем	Шлем для крепления прибора на голове врача	1 шт.
		3	Зарядное устройство	Зарядное устройство для аккумуляторов	1 шт.

		4	Трансформатор	Преобразователь	1 шт.
		5	Инструкция по применению	CD-диск с документацией на прибор	1 шт.
		6	Чехол	Чехол пылезащитный	1 шт.
		7	Литиевая батарея	Литий-полимерная батарея	1 шт.
		8	Резиновая оправа окуляров	Резиновая оправа окуляров	1 шт.
		Дополнительные комплектующие:			
		1	Линза 28D	Линза 28D	1 шт.
3	Требования к условиям эксплуатации	Данное устройство является точным прибором, эксплуатируется в месте, соответствующем следующим условиям: температура (10-40°C), влажность (30-75%) и атмосферное давление (700-1600 гектопаскаль).			
4	Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP			
5	Срок поставки МИ и место дислокации	90 дней Адрес:			
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			

Глав врач:

Махмутов Н.Т.

