

25.04.2022г.

№ лота	Международное непатентованное название изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Цена	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки	Условие платежа	Место поставки	Условие поставки	Срок поставки	ТОО "SUNMEDICA" в 11.04.2022 время 14:00 м.в		Всего итого:
											Цена	Сумма	
Медицинские изделия (дыхательный контур)													
	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подающей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральной (питой), прилегающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъем питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, смонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой расщепления инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистры свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отходящим шлангом растягивающегося диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подсоединенной линией длиной не менее 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "всплывающей Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закурорке. К универсальному генератору может подсоединяться назальная канюля или назальная маска. Поедочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша. Ш = 1240,5мм, Д = 1740,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвески длиной 1440,5 см для фиксации генератора через отверстия шпалочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 год от даты изготовления. КОД 4700000	шт	25953	1 100	28 548 300,00	Перечисление	ТОО, Г. Туркестан ул.Ниязова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика	25953	28548300	25953	28548300
1	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м												
Итого:						28 548 300,00							

Председатель
комиссии:

Махмутов Н.Т.

Члены комиссии:

Кекилова А.

Абдухамидова Ф.

Кожамбекова Ж.К.

Юрист:

Зулпихаров М.

Секретарь:

Намазбай Г.

