

Протокол заседания тендерной комиссии № 14
по подведению итогов тендера по закупу ИМН (дыхательного контура СРАР)

г. Туркестан, ул Т.Нышанова 18/а

«5» мая 2022 года

1. Тендерная комиссия на основании приказа руководителя ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» Туркестанской области от 25.04.2022 года № 85-н/к в следующем составе:

Председатель:
Махмутов Н.Т.

Руководитель ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» Туркестанской области

Члены комиссии:
Кекиловой А.

Заведующая отделением детской реанимации

Абдухамидова Ф.

Старшая медсестра отделения дет реанимации

Кожамбекова Ж.

Главный бухгалтер

Зулпихаров М.

Юрист

Секретарь комиссии:
Намазбай Г.

Профизор-фармацевт

произвела итоговое заседание по закупу ИМН (дыхательный контур СРАР) соответствии В соответствии с пунктом 8 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 .

2. Сумма, выделенная для закупа медицинских изделий:

№ лотов	Наименование товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма,тенге
1	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная	шт	1100	25953	28548300

контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. КОД 4700000

3. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки

№	Наименование потенциального поставщика	Фактический и юридические адреса:	дата и время представления заявки
1	ТОО «SUNMEDICA»	г.Алматы улица Кунаева 21Б,офис 75 БИН 030340001599 тел:8(727)2446717	11.04.2022 вр 14:00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: эксперт не привлекался.

5. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Полная причина отклонения и № лота
	Отклоненных заявок нет	нет

6. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям документации:

№	Наименование потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)
	ИМН (нить хирургическая, кетгут, Нить стерильная хирургическая (от 0- до 4,0 размера))		
1	ТОО «SUNMEDICA»	1	25953

7. Комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) признать выигравшей заявку участника закупа:

№	Наименование и адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Заявленное торговое наименование
	ИМН (дыхательный контур СРАР)			
1	ТОО «SUNMEDICA»	1	25953	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с

				направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер
--	--	--	--	--

				лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты
--	--	--	--	---

				изготовления. КОД 4700000
--	--	--	--	------------------------------

и признать закуп медицинских изделий (дыхательного контура СРАР) состоявшимся. Согласно разделу №2, Главы 8, параграф 4 пункт 74 - ТОО «SUNMEDICA», чья тендерная заявка выявлена единственной, соответствующей условиям объявления и требования тендерной заявки

8. Отделу государственных закупок разместить текст протокола на сайте организации, а также обеспечить заключение договоров о закупках по итогам настоящего тендера в установленные Правилами срок.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голоса (против – нет, воздержавшихся – нет).

**Председатель
комиссии:**

Махмутов Н.Т.

Члены комиссии:

Зав реанимации

Чекилова А.Р.

Старшая мед сестра

Абдухамидова Ф..

Главный бухгалтер:

Кожамбекова Ж.К.

Юрист:

Зулпихаров М.

Секретарь :

Намазбай Г.

